Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610
Tel.: 566 801 111, fax: 566 801 609, e-mail: sekretariat@nnm.cz
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank č.ú. 1014026222 / 5500
IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Informace OKLT č.5/ 2014

1. Změna hodnocení oGTT v těhotenství

S platností od 1.10. 2014 dochází ke změně hodnocení oGTT v těhotenství dle doporučení České diabetologické společnosti ČSL JEP „ Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014“

Normální hodnoty glykémie v žilní plazmě během oGTT po 75 g glukózy v těhotenství :

nalačno : < 5,1 mmol/l

za 1 hodinu po zátěži : < 10,0 mmol/l

za 2 hodiny po zátěži : < 8,5 mmol/l

Diagnóza GDM je stanovena, je-li alespoň jedna hodnota v testu patologická.

Pro správné hodnocení křivky je nutné uvádět u gravidních pacientek diagnosu .

Podmínkou správné diagnostiky je dodržení standardních podmínek. Odběr nalačno provádět po minimálně 8 h lačnění. Stanovuje se glykémie v žilní plazmě, všechny odběry musí být provedeny ze žíly (ne z prstu). Glykémie musí být stanovena standardní metodou v laboratoři.

2. Preanalytika vyšetření glukózy

Primární vzorek pro stanovení glukózy v krvi je **nesrážlivá krev (plazma)** – **odběr do zkumavky s antiglykolytickým aditivem** (zkumavky s NaF+EDTA nebo NaF + K-oxalát s min. 2,5 mg NaF / 1 ml krve) .

Pokud je požadováno vyšetření glukózy **ze srážlivé krve (séra**) , musí být **vzorek do laboratoře doručen do 1 h od odběru** , aby mohl být vydán správný výsledek.

Je-li doba transportu vzorku do laboratoře v časovém rozmezí 1 - 3 h , výsledek analýzy je vydán s komentářem k odběru : nedodržení preanalyt. podmínek, překročen limit času dodání. Pro stanovení glukózy je doporučen stabilizovaný odběr s NaF/EDTA (např. zkumavka BD Vacutainer – šedá zátka; 2 ml).

Pokud je doba transportu větší než 3 hodiny , krev už není analyzována , výsledek stanovení glukózy –neděláno, v komentáři k odběru je: nedodržení preanalyt. podmínek, překročen limit času dodání , opakujte z nového odběru. Pro stanovení glukózy je doporučen stabilizovaný odběr s NaF/EDTA (např. zkumavka BD Vacutainer – šedá zátka; 2 ml).

Prosím Vás o seznámení všech Vašich podřízených pracovníků.

Zpracoval/a: RNDr. M. Navrátilová ……

Schválil/a: prim. MUDr V.Musilová ……

Datum schválení: 29.9. 2014

Rozdělovník: primáři oddělení, vrchní a staniční sestry oddělení - NIS Medea
ambulance nemocnice, ambulance odborných ženských lékařů